

**SCHEMA TECNICA****MSK2 standard 1816****Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante tipo II**

A causa della scarsa reperibilità del materiale, i colori dei prodotti possono subire variazioni.

Codice	Descrizione
MSK2	Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante tipo II

**Indicazioni:**

Produttore	Masklab srl
CND	T020601
Reportorio	49287
Conformità	Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 - Classe I

**Indicazioni**

La maschera chirurgica **MSK2 standard 1816** è indicata per la protezione dei pazienti o di chi è nelle prossimità di chi indossa il dispositivo medico.

**MASKLAB S.R.L.****P.IVA 12294290015**Sede legale: Via Roma 366, 10123 Torino (TO) ITALYSede operativa: Via Sestriere 85, 10060 None (TO) ITALY**Tel:** +39 01118836091**Mobile:** +39 333 563 0181**Mail:** amministrazione@msklb.com**Mail pec:** masklabsrl@legalmail.it

## Descrizione

La maschera chirurgica **MSK2 standard 1816** è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.

I diversi strati sono mantenuti insieme da una saldatura a ultrasuoni in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati minori ci sono saldati gli elastici con lo scopo di ancorare la mascherina alle orecchie. Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso conformabile.

La composizione chimica del prodotto è la seguente:

- strato esterno: tessuto non tessuto spunbond in polipropilene
- strato esterno a contatto con l'utilizzatore: tessuto non tessuto in polipropilene spunbond anallergico
- strato intermedio: tessuto non tessuto in polipropilene meltblown senza fibre di vetro

Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.

La maschera chirurgica **MSK2 standard 1816** ha un potere di filtrazione > 98% ed è classificata come Tipo II in conformità alla norma UNI **EN 14683:2019+AC**

Test effettuati sui materiali che compongono la maschera hanno evidenziato la bassissima tossicità dei singoli componenti.

Analisi eseguite hanno dimostrato che il prodotto non ha attività irritante verso i tessuti.

## Sterilità

La maschera chirurgica **MSK2 standard 1816** non è un prodotto sterile.

## Confezionamento /Etichettatura

Le maschere chirurgiche **MSK2 standard 1816** sono confezionate in sacchetti termosaldati di polipropilene e scatole di cartone.

Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati.

L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento ai "requisiti essenziali" di cui all'allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

## Controindicazioni e avvertenze

Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica **MSK2 standard 1816** non può essere riutilizzata.

## Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..

Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

## Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari. In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, principalmente, anidride carbonica e acqua.

Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

**MASKLAB S.R.L.**

**P.IVA 12294290015**

Sede legale: Via Roma 366, 10123 Torino (TO) ITALY

Sede operativa: Via Sestriere 85, 10060 None (TO) ITALY

**Tel:** +39 01118836091

**Mobile:** +39 333 563 0181

**Mail:** amministrazione@msklb.com

**Mail pec:** masklabsrl@legalmail.it